

名称：德阳市计量测试所

地址：四川省德阳市天山南路三段 138 号

注册号：CNAS L5478

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 02 月 02 日 截止日期：2030 年 02 月 22 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	企业供配电系统	1	日负荷率	企业供配电系统节能监测方法 GB/T 16664-1996 4.3	不测线损率	2022-08-03
		2	变压器负载系数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T 16664-1996 4.4	不测线损率	2022-08-03
		3	企业用电体系功率因数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T 16664-1996 4.6	不测线损率	2022-08-03
2	洁净室	1	洁净度	洁净厂房设计规范, 洁净室施工及验收规范 GB 50073-2013 /GB 50591-2010 附录 E.4		2022-08-03
		2	温度	洁净厂房设计规范, 洁净室施工及验收规范 GB 50073-2013 /GB 50591-2010 附录 E.5		2022-08-03
		3	湿度	洁净厂房设计规范, 洁净室施工及验收规范 GB 50073-2013 /GB 50591-2010 附录 E.5		2022-08-03



No. CNAS L5478

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	照度	洁净厂房设计规范, 洁净室施工及验收规范 GB 50073-2013 / GB 50591-2010 附录 E. 7		2022-08-03
		5	噪声	洁净厂房设计规范, 洁净室施工及验收规范 GB 50073-2013 / GB 50591-2010 附录 E. 6		2022-08-03
		6	风速	洁净厂房设计规范, 洁净室施工及验收规范 GB 50073-2013 / GB 50591-2010 附录 E. 1		2022-08-03
		7	静压差	洁净厂房设计规范, 洁净室施工及验收规范 GB 50073-2013 / GB 50591-2010 附录 E. 2		2022-08-03
3	电能表检定装置	1	长期稳定性	电能表检验装置 GB/T11150-2001 5.9		2022-08-03
		2	基本误差	电能表检验装置 GB/T11150-2001 6.2		2022-08-03
4	交流有功电能表	1	铭牌	交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件 第 11 部分: 测量设备 GB/T17215.211-2021 6.2		2022-08-03
		2	接线图和端子标志	交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件 第 11 部分: 测量设备 GB/T17215.211-2021 6.3		2022-08-03
		3	交流电压试验	交流电测量设备 特殊要求 第 11 部分: 机电式有功电能表(0.5、1 和 2 级) GB/T17215.311-2008 7.4		2022-08-03
		4	旋转方向和转字标志	交流电测量设备 特殊要求 第 11 部分: 机电式有功电能表(0.5、1 和 2 级) GB/T17215.311-2008 5.3		2022-08-03
		5	准确度	交流电测量设备 特殊要求 第 11 部分: 机电式有功电能表(0.5、1 和 2 级) GB/T17215.311-2008 8		2022-08-03
5	热处理炉	1	温度均匀性	热处理炉有效加热区测定方法 GB/T 9452-2012 7		2022-08-03
		2	有效加热区	热处理炉有效加热区测定方法 GB/T 9452-2012 8		2022-08-03

